

PARATHORMONE – CHANGEMENTS PRE-ANALYTIQUES

MODIFICATION APPLICABLE AU LUNDI 11 FEVRIER 2019

Le 31 janvier 2019

Madame, Monsieur,
Chers Correspondants du Laboratoire BIOTOP,

Suite à une mise à jour technique concernant l'analyse Parathormone, nous vous prions de prendre en compte les mises à jour pré-analytiques suivantes :

NATURE DU TUBE A PRELEVER	DELAJ CONFORME	DELAJ REFUS
EDTA (Recommandé)	< 24 Heures	> 24 Heures
Sec	< 4 Heures	> 4 Heures

Ces mises à jour sont également disponibles sur notre site internet :

<http://www.biotop-laboratoires.fr>

Toute l'Équipe BIOTOP vous remercie de votre collaboration et de votre confiance, et reste à votre disposition pour tout renseignement à votre convenance.

Sincères salutations,

L'Équipe du Laboratoire BIOTOP